



采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市中医院
拟采购产品名称	脉冲染料激光治疗仪 1 台
拟采购产品金额	108 万元
采购项目所属项目名称	皮肤疮疡科传统皮肤病诊疗进口类（包 3）： 脉冲染料激光治疗仪 1 台
采购项目所属项目金额	108 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
<p>染料激光是作为治疗血管增生性疾病治疗的金标准，一直在临床工作中发挥着不可替代的作用。目前进口产品在治疗疗效、安全性、稳定性处于领先地位，且故障率低，国内激光生产厂家都在研发仿制，故申请购置进口设备。</p>	
三、专家论证意见：详见附件	
专家签字	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  刘卫红 </div> <div style="text-align: center;">  吴平 </div> <div style="text-align: center;">  崔新哲 </div> <div style="text-align: center;">  李俊 </div> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">2024 年 11 月 4 日</p>	

专家意见表

项目名称	皮肤疮疡科传统皮肤病诊疗进口类（包3）：脉冲染料激光治疗仪 1台
采购人	安阳市中医院

专家意见：

染料激光是作为治疗血管增生性皮损治疗的金标准，目前进口产品在治疗效果、安全性、稳定性方向处于领先地位，且故障率低。同品牌无法达到临床治疗需求。且该产品不属于国家禁止或限制进口产品范围。建议按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规采购进口产品。

建议修改技术参数：

1. 波长修改为 590-620 nm.
2. 建议删除第四条最大能量密度 40 J/cm².
3. 单脉冲的脉冲数量 ≥ 8个.

建议按照修改后的技术参数进行招标。

专家人员（签字）：

日期：2024年11月4日

李卫红 刘卫红 刘卫红 李卫红